



Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
 Федеральное бюджетное учреждение
 «Государственный региональный центр стандартизации,
 метрологии и испытаний в Волгоградской области»
 (ФБУ «Волгоградский ЦСМ»)

Аттестат аккредитации № RA.RU 311474

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

749766

№

-39-0465/0620

Действительно до

« 22 » июня 20 21 г.

Средство измерений Весы автомобильные тензометрические, ВВ-60D1,4А, № 14822-05

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства

измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 1796/016630404

в составе _____

номер знака предыдущей поверки 19008654191

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с ГОСТ 8.453-82

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: № 3.1.ЗБИ.0104.2015, № 3.1.ЗБИ.0103.2015, № 338-353, № 203-210, № 314-321,

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов,

разряд 4, КТ М1

применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающей среды 28 °С

перечень влияющих факторов,


нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической) поверки признано пригодным

ненужное зачеркнуть

к применению.

Знак поверки:



Ведущий инженер по метрологии

должность руководителя подразделения
или другого уполномоченного лица

подпись

Камышанов Иван Николаевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

подпись

Камышанов Иван Николаевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)


Дата поверки

« 23 » июня 20 20 г.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(заполняются при наличии соответствующих требований
в нормативном документе на поверку)

Подтверждаемые в результате поверки метрологические требования - КТ III (средний)



Ведущий инженер по метрологии

должность руководителя подразделения
или другого уполномоченного лица

подпись

Камышанов Иван Николаевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

подпись

Камышанов Иван Николаевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

« 23 » июня 20 20 г.

При очередной поверке просьба предъявлять копию данного свидетельства.
400081, г. Волгоград, ул. Бурейская, 6